Fructosamina

Control - 2 niveles

Para control de precisión

Lote: 1506168280
Nivel 1: 168280
Nivel 2: 168280

APLICACIONES
Para estudio de precisión intralaboratorial en la determinación de fructosamina en suero o plasma utilizando el kit de **Fructosamina AA líquida** de Wiener lab.

REACTIVOS PROVISTOS
Control Nivel 1: solución conteniendo fructosamina en concentraciones entre 200 y 400 umol/l (1,7 y 3,5 mmol/l de DMF, desoximorfolinofructosa), con conservantes apropiados. Los valores son variables lote a lote.
Control Nivel 2: solución conteniendo fructosamina en concentraciones entre 400 y 800 umol/l (3,5 y 7 mmol/l de DMF, desoximorfolinofructosa), con conservantes apropiados. Los valores son variables lote a lote.

PRECAUCIONES
Los Reactivos son para uso diagnóstico "in vitro".
Utilizar los reactivos guardando las precauciones habituales de trabajo en el laboratorio de química clínica.
Todos los reactivos y las muestras deben descartarse de acuerdo a la normativa local vigente.

INSTRUCCIONES PARA SU USO
Reactivos Provistos: listos para usar.

ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO
Reactivos Provistos: son estables en refrigerador (2-10ºC) hasta la fecha de vencimiento indicada en la caja.

INDICIOS DE INESTABILIDAD O DETERIORO DE LOS REACTIVOS
Cualquier variación de los caracteres organolépticos de los controles, puede ser indicio de deterioro de los mismos.

MATERIAL REQUERIDO (no provisto)
Ver manual de instrucciones de **Fructosamina AA líquida** de Wiener lab.

PROCEDIMIENTO
Se deben emplear de la misma manera que una muestra desconocida, de acuerdo a las instrucciones que acompañan al kit de **Fructosamina AA líquida** de Wiener lab. Los valores asignados para cada nivel se encuentran indicados en la tabla adjunta.

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO
Ver LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO en el manual de instrucciones que acompaña al equipo de **Fructosamina AA líquida** de Wiener lab.

PRESENTACION
- 2 x 5 ml (1 x 5 ml nivel 1 + 1 x 5 ml nivel 2) (Cód. 1400053)

VALORES ASIGNADOS DE FRUCTOSAMINA PARA TECNICA MANUAL Y ANALIZADORES						
TECNICA / ANALIZADOR	**NIVEL 1**			**NIVEL 2**		
	VALOR MEDIO	**RANGO**		**VALOR MEDIO**	**RANGO**	
Konelab Series / Wiener lab, CT Series	277 umol/L 2,4 mmol/L (DMF)	222 1,9	333 2,9	453 umol/L 3,9 mmol/L (DMF)	362 3,2	543 4,7
Selectra 1 / 2 / E	277 umol/L 2,4 mmol/L (DMF)	222 1,9	333 2,9	453 umol/L 3,9 mmol/L (DMF)	362 3,2	543 4,7
Targa BT 3000	255 umol/L 2,2 mmol/L (DMF)	204 1,8	306 2,7	459 umol/L 4,0 mmol/L (DMF)	367 3,2	550 4,8
Metrolab 2300 plus / Wiener lab. CM Series	265 umol/L 2,3 mmol/L (DMF)	212 1,8	318 2,8	460 umol/L 4,0 mmol/L (DMF)	368 3,2	552 4,8
BT 3000 plus / Wiener lab. CB Series	255 umol/L 2,2 mmol/L (DMF)	204 1,8	306 2,7	459 umol/L 4,0 mmol/L (DMF)	367 3,2	550 4,8
CMD 800 Series	276 umol/L 2,4 mmol/L (DMF)	221 1,9	331 2,9	459 umol/L 4,0 mmol/L (DMF)	367 3,2	551 4,8
Técnica Manual	232 umol/L 2,0 mmol/L (DMF)	185 1,6	278 2,4	521 umol/L 4,5 mmol/L (DMF)	417 3,6	626 5,4

Símbolos

Los siguientes símbolos se utilizan en todos los kits de reactivos para diagnóstico de Wiener lab.

CE — Este producto cumple con los requerimientos previstos por la Directiva Europea 98/79 CE de productos sanitarios para el diagnóstico "in vitro"

EC REP — Representante autorizado en la Comunidad Europea

IVD — Uso diagnóstico "in vitro"

Σ — Contenido suficiente para <n> ensayos

Fecha de caducidad

Límite de temperatura (conservar a)

No congelar

Riesgo biológico

Volumen después de la reconstitución

Cont. — Contenido

LOT — Número de lote

Elaborado por:

Xn — Nocivo

Corrosivo / Caústico

Xi — Irritante

Consultar instrucciones de uso

Calibr. — Calibrador

CONTROL — Control

CONTROL + — Control Positivo

CONTROL − — Control Negativo

REF — Número de catálogo

Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Riobamba 2944
2000 - Rosario - Argentina
http://www.wiener-lab.com.ar
Dir. Téc.: Viviana E. Cétola
Bioquímica
Producto Autorizado A.N.M.A.T.
Cert. Nº: 4954/03

Wiener lab.
2000 Rosario - Argentina